

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်

**Lot 4 Lab Equipment Specifications**

စဉ်	ပစ္စည်းအမည်	အရေအတွက်
၁	Digital Viscometer Measurement Range: 1 ~ 100000 mPa.s; Recommendation Rotor, Rotor: 1,2,3,4; The rotor speed: 6, 12, 30, 60 r/min; Automatic	1 No.
၂	Analytical Balance Readability 0.0001g-100g	1 No.
၃	Magnetic Separation Rack Tube rack material: Polycarbonate with hole up to 16×1.5ml microcentrifuge tubes	1 No.